



2018年4月20日高分子科学与工程学院实验室安保 检查情况表

楼名/房间	安全隐患	整改情况	整改前	整改后
西四教	易燃液体堆放	已提醒		
西四教 316B	灭火器过期	已整改		
西四教 304B	钢瓶未贴标签	已整改		

西四教 423	实验室无人未关门	已整改		
西四教 428	低温保存箱上有纸箱放置	第二次提醒		
西四教 424	易燃液体堆放	已整改		

西四教 418	插排连接干燥器，冰箱上有纸箱放置	已整改		
西四教 430	钢瓶未固定	已整改		
逸夫楼 401	废液敞开放置	已整改		

<p>逸夫楼 406</p>	<p>散热设备上放纸箱，药瓶未分类</p>	<p>已整改</p>		
<p>学院附 215</p>	<p>线板串联使用，大功率用电器未接墙</p>	<p>线板问题已整改，用电器保证用后断电且不过夜</p>		
<p>学院附 304</p>	<p>钢瓶未固定</p>	<p>已整改</p>		

<p>学院附 112</p>	<p>线板串联使用， 大功率用电器未 接墙</p>	<p>已整改</p>	
<p>学院附 113</p>	<p>冷冻干燥机接线 板，过道杂物堵 塞</p>	<p>已整改</p>	

<p>学院主 308</p>	<p>拉伸机未单独接墙</p>	<p>经查实拉伸机的功率为400w, 无需单独接墙</p>		
<p>学院主楼 315</p>	<p>仪器摆放凌乱</p>	<p>第二次提醒</p>		